

**Описание типа средства измерений
для Государственного реестра средств измерений**

УТВЕРЖДАЮ
Директор РУП «Белорусский
государственный институт
метрологии»
"0" / 2018



Весы крановые PCS	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <i>РБ030204Н08</i>
--------------------------	--

Выпускают по технической документации фирмы "TAMTRON OY", Финляндия

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы крановые PCS предназначены для взвешивания грузов, подвешиваемых на крюк подъемных устройств. Взвешивание может осуществляться во время перемещения грузов.

Область применения - предприятия различных отраслей промышленности, (металлургия, машиностроение, автомобилестроение и др.), сельского хозяйства и транспорта.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов заключается в преобразовании нагрузки, прикладываемой к крюку грузоприемного устройства весов, в аналоговый электрический сигнал посредством тензорезисторного весоизмерительного датчика (далее – датчика). Аналоговый сигнал преобразуется электронным блоком в цифровой, соответствующий измеряемой массе. Значение массы отображается на светодиодном или жидкокристаллическом индикаторе весов. Управление весами осуществляется с помощью инфракрасного пульта и (или) радиопульта нового поколения с графическим дисплеем, клавиатурой и меню.

Весы PCS могут изготавливаться в двух исполнениях: PCS2 (светодиодный индикатор) и PCS3 (жидкокристаллический индикатор).

В весах используется одна из трёх версий передачи данных: блютуз, радиоканал, беспроводная локальная вычислительная сеть (Wlan).

Питание весов осуществляется от аккумуляторной батареи (время работы без подзарядки до 200 часов). Предусмотрена защита от перезарядки, а также индикация степени зарядки аккумулятора.



Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа с указанием места нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведена в Приложении А к описанию типа. Общий вид весов приведен на рисунке 1.



Рисунок 1. Внешний вид весов крановых PCS2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности по ГОСТ 29329 и МОЗМ Р76	– средний
Наименьший предел взвешивания	– 20 e
Порог чувствительности	– 1,4 d
Диапазон рабочих температур	– от минус 20 °С до плюс 40 °С
Класс точности по ГОСТ 29329 и МОЗМ Р76	– средний
Напряжение питания	– 9 В

Значения наибольшего предела взвешивания (далее – НПВ), дискретности d, цены поверочного деления e, габаритных размеров и массы весов приведены в таблице 1.



Таблица 1

Модификации	НПВ, кг	e и d, кг (e=d)	Габаритные размеры, мм, не более	Масса выборки тары, кг	Масса, кг не более
PCS-005	500	0,2	200x181x 427	125	8
PCS-020	2000	1	200x181x 427	2000	9
PCS-032	3200	1	200x181x 477,5	800	9
PCS-063	6300	2	200x181x 545	1500	19
PCS-080	8000	5	200x181x 599	8000	19
PCS-100	10000	5	200x181x 599	10000	19

Примечание: масса весов PCS указана с учетом массы соединительных хомутов

Пределы допускаемой погрешности весов приведены в таблице 2:

Таблица 2

Интервал взвешивания	Пределы допускаемой погрешности весов при	
	первичной поверке	эксплуатации
до 500 e вкл.	$\pm 0,5 e$	$\pm 1,0 e$
свыше 500 e до 2000 e	$\pm 1,0 e$	$\pm 2,0 e$
свыше 2000 e	$\pm 1,5 e$	$\pm 3,0 e$

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средств измерений Республики Беларусь наносится на титульный лист руководства по эксплуатации весов типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки весов :

- весы – 1 шт. (модификация в соответствии с заказом);
- зарядное устройство – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации весов – 1 экз.;
- методика поверки МП. МН 466-98 – 1 экз.,
- упаковка – 1 шт.

По желанию заказчика весы могут дополнительно комплектоваться:

- радиопередатчиком, обеспечивающим передачу информации в реальном масштабе времени на принимающую станцию;
- инфракрасным пультом дистанционного управления
- пультом радиуправления с ЖК-дисплеем и USB-кабелем для передачи данных на ПК;
- радиомодемами и персональным компьютером, обеспечивающими расширенную передачу информации о клиентах, материалах, ценах и т.д. в реальном масштабе времени непосредственно с места взвешивания на ПК;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Техническая документация фирмы "TAMTRON OY";
- ГОСТ 29329 "Весы для статического взвешивания. Общие технические требования";
- Рекомендация МОЗМ Р76 "Неавтоматические взвешивающие приборы";
- СТБ ЕН 45501-2004 "Средства измерений неавтоматические взвешивающие. Общие требования и методы испытаний".
- МП. МН 466-98 "Весы крановые MCS, BCS, SCS, PCS. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы крановые PCS соответствуют требованиям технической документации фирмы-изготовителя "TAMTRON OY", ГОСТ 29329-92, СТБ ЕН 45501-2004.

Межповерочный интервал - не более 12 месяцев (для весов предназначенных для применения в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ,
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93,
тел. 234-98-13,
Аттестат аккредитации № ВУ /112 02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

фирма "TAMTRON OY", Финляндия.
адрес: P.O.Box 15, FIN-33561, Tampere, Finland
факс: +358 3 3143 5050
телефон: +358 3 3143 5000
E-mail: weighing@tamtron.fi
Internet: http://www.tamtron.fi

Начальник НИЦИСИиТ

Представитель НТ РУП "Инкос" БГУ


С.В. Курганский

В.М. Борадавка



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа
с указанием места нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки



Место нанесения знака поверки



